


1. **Beispielhaftes Ablaufschema: Lebensrettende Basismaßnahmen mit AED (nach technischer Anpassung)**



| 16

Leitsatz: Werden keine Brustkorbkompressionen durchgeführt, dann frage dich warum!

Die kontinuierliche Durchführung von Brustkorbkompressionen und Beatmung im Verhältnis 30:2 darf nur zur Vorbereitung der Defibrillation und Schockabgabe unterbrochen werden!

Alle 2 Minuten sollte nach Möglichkeit ein Helferwechsel zur Vorbeugung einer Erschöpfung – die mit einer unbemerkten Verschlechterung der Qualität der Brustkorbkompressionen einhergeht – erfolgen.